

Tabelle für das Materialfeuchtemessgerät Nummer 5020-0343

Die Feuchteangaben sind in Gewichtsprozenten(Wassergehalt):

Anzeige Baustoffe:

Anzeige 5020-0343	Gips(mineralgebunden/Anhydrit) %	Zement/Estrich %
0		
5		
10		
15		
20		
25		
30		
35	0,25	
40	0,30	2,50
45	0,40	2,65
50	0,65	2,85
55	1,00	3,20
60	1,40	3,55
65	1,70	4,00
70	1,90	4,30
75	2,05	4,70
80	2,20	5,10
85	2,35	5,45
90	2,50	5,75
95	2,65	6,10
100	2,80	

Hinweis:

Die oben aufgeführten Angaben werden von diversen Baustoff-Herstellern angegeben und wurden per Vergleichsmessung ermittelt. Die Richtigkeit der Herstellerangaben konnten jedoch nicht geprüft werden.