

Inhalt:

1 Aluminiumdose mit 50 Teststäbchen

Gefahrenhinweise:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfelder nicht berühren.

Zusatzhinweise:

1. Beträgt die Alkalinität kleiner 80 ppm, so können zu niedrige pH-Werte erhalten werden.
2. Färbt sich das Testfeld für die Alkalinität blau, so liegen Werte größer 240 ppm vor.
3. Die Einteilung und Beurteilung der Werte für freies Chlor, Alkalinität und pH auf der Farbskala, erfolgt nach Richt- bzw. Grenzwerten für die USA.

Gebrauchsanweisung:

1. Teststäbchen mit allen Testfeldern ins Schwimmbadwasser eintauchen und für 5 sec. hin- und herschwenken.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. Testfeld für freies Chlor sofort mit Farbskala vergleichen.
4. 30 s warten.
5. Testfelder für Alkalinität und pH mit der Farbskala vergleichen.

Lagerbedingungen:

Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über + 30 °C).

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren
Telefon (024 21) 9 69-0 · Fax (024 21) 9 69-199 · e-mail: sales-de@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 20344 / A011800 / 907 52 / 1091.5

